



中远海运比雷埃夫斯港口有限公司

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 23/01/2026

Παροχή Διευκρινίσεων (Μέρος 1ο)

Ερ.1: Αναφορικά με το Πεδίο εφαρμογής ελέγχων – “σύνολο εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας”

Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας, όπως ορίζεται από το κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, το αναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο αφορά συσκευές παραγωγής ακτινών Χ και δεν περιλαμβάνει μαγνητικές πύλες (metal detectors). Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν στο πεδίο των ελέγχων/ υπηρεσιών περιλαμβάνονται και οι μαγνητικές πύλες ή αποκλειστικά ο εξοπλισμός ακτινών Χ (X-ray systems).

Απ.1:

Οι ζητούμενοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας.

Ερ.2: Αναφορικά με τα Νέα συστήματα – τεχνικές προδιαγραφές και προβλεπόμενος αριθμός

Αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες θα αφορούν στο σύνολο του υφιστάμενου εξοπλισμού, καθώς και τυχόν νέα συστήματα.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί:

- εάν τα τυχόν νέα συστήματα αναμένεται να είναι αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών/τεχνολογίας με τα υφιστάμενα (π.χ. X-ray baggage scanners ίδιου τύπου/κατηγορίας), και
- εάν υπάρχει εκτίμηση για τον προβλεπόμενο αριθμό εγκατάστασης νέων συστημάτων σε ετήσια βάση (ή συνολικά εντός της 3ετίας), ώστε να ληφθεί υπόψη στην κοστολόγηση και στον προγραμματισμό υπηρεσιών.

Απ.2:

1st bullet: Αναμένεται τα νέα συστήματα να είναι τεχνολογικά πιο προηγμένα με βελτιωμένες τεχνικές απαιτήσεις.

2nd bullet: 3-4 επιπρόσθετα x-rays μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Σχετικά με την παρ.7 της προκήρυξης, επισημαίνεται πως ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΠ»
2. Δίνεται παράταση υποβολής προσφορών έως και την Τρίτη, 27/01, ώρα 14.00.