

Πειραιάς, 04/11//2020

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

για το διαγωνισμό “Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντολογικού ελέγχου, GREEN C. PORTS”.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: EU 2008/50/EC: Ενδιαφέρεστε για τις συγκεκριμένες μετρήσεις ρύπων να γίνονται από πιστοποιημένους αναλυτές ή από συμβατούς αισθητήρες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Διευκρινίζεται ότι οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται από πιστοποιημένους αναλυτές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: “Κατά την άποψη μας ορθά αναφέρεται σε μέτρηση NO₂ (χρήση για ζώνες κυκλοφορίας) και αν είναι έτσι, γιατί ζητάτε και αναλυτή NO_x αφού ο ρύπος αυτός δεν παρέχει καμία αξιοσημείωτη πληροφορία για την συγκεκριμένη χρήση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Διευκρινίζεται ότι η μέτρηση NO_x έχει κριθεί αναγκαία και αποτελεί ζητούμενο από τον ΟΛΠ στο πλαίσιο του εν λόγω διαγωνισμού

ΕΡΩΤΗΣΗ 3:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Για το λογισμικό μέτρησης και καταγραφής επιπέδων θορύβου απαιτείται κοινό λογισμικό ή δύναται να είναι ανεξάρτητα σε σχέση με το λογισμικό των άλλων αναλυτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Διευκρινίζεται ότι δύναται να είναι ανεξάρτητο από το λογισμικό των άλλων αναλυτών

ΕΡΩΤΗΣΗ 4:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Τον υπάρχοντα προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:

Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να κοινοποιηθεί ο προϋπολογισμός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Ζητάτε φορητό ή μόνιμο σύστημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:

Διευκρινίζεται ότι ζητάμε μόνιμο σύστημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν ζητάτε μόνιμο, θέλετε να είναι εγκατεστημένο στον κλωβό των αναλυτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:

Διευκρινίζεται ότι ΝΑΙ. Αναφέρεται στο πεδίο Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών των Τεχνικών Προδιαγραφών _οικίσκος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Θέλετε να περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης ή να μπορεί να δεχθεί στο μέλλον αυτόματη βαθμονόμηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7:

Διευκρινίζεται: Να περιλαμβάνει σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης. Στο πεδίο των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται: Πρέπει να υποστηρίζεται η αυτόματη βαθμονόμηση και να έχει προβλεφθεί σύστημα στερέωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Τις μετρήσεις θα τις αποθηκεύει στην μνήμη και θα τις ανακτάτε με κάποιο λογισμικό από δικό σας Η/Υ ή θέλετε να εκτελείτε αυτόματη μετάδοση των μετρήσεων μέσω επικοινωνίας (πχ 3G) σε κεντρικό λογισμικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8:

Διευκρινίζεται ότι: Το ηχόμετρο θα πρέπει να συνδέεται με το κοινό λογισμικό καταγραφής όλου του συστήματος. Πλέον του κοινού λογισμικού και για λόγους περαιτέρω ανάλυσης μπορεί να διαθέτει και το δικό του εσωτερικό καταγραφικό. Στη προμήθεια προβλέπεται Η/Υ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Τι στήριξη ζητάτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9:

Διευκρινίζεται ότι: Στήριξη σε οποιοδήποτε σημείο υποδειχθεί κ επιλεχθεί κατά την εγκατάσταση. Η στήριξη θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το προσφερόμενο σύστημα μέτρησης και αφορά κυρίως στον αισθητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε: Τι αυτονομία ζητάτε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10:

Διευκρινίζεται ότι: Το ηχόμετρο να έχει αυτονομία πάνω από 25 ώρες. Να λειτουργεί με εσωτερικές μπαταρίες αλλά να υπάρχει επιπλέον δυνατότητα εξωτερικής τροφοδοσίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11:

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε:

- Ζητάτε στην τεχνική προδιαγραφή: «ο εξοπλισμός και η λειτουργία του πρέπει να ακολουθεί το πλαίσιο πιστοποίησης όπως αυτό ορίζεται στις οδηγίες της USEPA (40 CFR Part 53) και της EU (2008/50/EC)». Το να ακολουθεί το πλαίσιο δεν σημαίνει και να διαθέτει πιστοποιητικό. Για του λόγου το αληθές η 2008/50/EC ζητά συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με συγκεκριμένα EN που μόνο πιστοποιημένοι αναλυτές πληρούν. Όμως διατίθενται στην αγορά και αισθητήρες, που σε αντίθεση με τους ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ αναλυτές, κατατάσσονται σε κατηγορία ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (δηλαδή οργάνων μειωμένης ακρίβειας και απόδοσης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποδείξουν τάσεις άλλα όχι πραγματικά επίπεδα ρύπανσης) και μερικές ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ υπηρεσίες ελέγχου εκδίδουν πιστοποιητικά για την κατηγορία ως ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (MCERTS για Αιωρούμενα σωματίδια).
- στην Ευρώπη και ιδίως στα ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ η όποια USEPA πιστοποίηση δεν είναι αποδεκτή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11:

Διευκρινίζεται ότι: Είναι σαφές ότι η απαίτηση της προμήθειας αφορά στη προμήθεια ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ και μόνο αναλυτών.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.